



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx15.0745

制造厂家	SENKO Co.,Ltd 73, Oesammi-ro,15 Beon-gil, Osan-si, Gyonggi-do 447-230 South Korea
产品名称	SI 系列固定式气体检测仪
型号规格	SI-100 9~34VDC
防爆标志	Exd IIC T5 Gb
产品标准	---
总装图号	SENK00705-001-SK1000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆型“d”保护的设备》

### 记 事

- 1.本证书的持证单位为韩骏电子（上海）有限公司。
- 2.该产品已经通过 IECEX 认证，证书编号为：IECEX KTL 14.0014，报告编号为 KR/KTL/ExTR14.0013/00。
- 3.本证书可代表产品型号：SI-100、SI-100C，9~34VDC，IP65，防爆标志：Exd IIC T5 Gb。
- 4.环境温度范围：-20℃~+55℃。

本证有效期 2015年3月26日至2020年3月25日

颁发日期 2015年3月26日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008  
 电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

